Estudio de las propiedades mecánicas y permeabilidad de scaffolds empleados en regeneración ósea

Introducción

La ingeniería tisular busca regenerar tejidos y órganos dañados. Este trabajo se centra en su aplicación al **tejido óseo**, afectado por enfermedades como la osteoporosis o el cáncer óseo, sumándole las fracturas causadas por accidentes, envejecimiento y obesidad. **Las grandes pérdidas de hueso requieren soluciones innovadoras en cirugía reconstructiva.**

Tradicionalmente se han usado injertos óseos, pero sus limitaciones han impulsado el desarrollo de **andamios sintéticos porosos ("scaffolds")**, que favorecen la regeneración ósea y cumplen **funciones mecánicas y biológicas.**

Gracias a la fabricación aditiva, se pueden crear estructuras complejas como los **giroides laminares**, especialmente con aleaciones de titanio como Ti-6Al-4V mediante técnicas como SLM y EBM. Aunque estas estructuras tienen un **módulo elástico mayor al del hueso natural**, aumentar su **porosidad permite reducirlo**, mejorando la integración con el tejido y reduciendo riesgos como fracturas o el aflojamiento del implante.

Marco teórico

Objeto de trabajo

Analizar y optimizar las propiedades mecánicas y la permeabilidad de estructuras porosas tipo **giroide laminar**

Se propone una metodología basada en modelos simplificados de análisis por elementos finitos (FEA), integrados en un algoritmo genético NSGA-II

Este enfoque busca **optimizar simultáneamente el módulo de Young (f2) y la permeabilidad (f1)**, equilibrando el soporte mecánico y la biocompatibilidad

Metodología

Variables a optimizar

Grosor **A**mplitud
Frecuencia

Fabricación

Ensayos

Resultados

El proceso de optimización reveló relaciones complejas entre los parámetros de diseño y los objetivos del sistema, destacando la sensibilidad del mismo. Se observó que **frecuencias bajas**, junto con **menor amplitud y grosor de pared**, favorecen una **mayor permeabilidad**. Además, se identificó una **relación casi lineal entre grosor, amplitud y módulo de Young**, lo que indica una interdependencia estructural clave.

El **prototipado físico validó la viabilidad de la mayoría de los diseños**, aunque algunos presentaron dificultades. Uno de los diseños, el **G29A36F1_SG**, (0.29 mm de grosor, 0.36 mm de amplitud, 1 mm⁻¹ de frecuencia) superó al modelo de referencia.

Para futuras investigaciones, se recomienda **mejorar la precisión de las simulaciones** y los **métodos de fabricación**. En general, el estudio demuestra el **potencial de estas metodologías** en aplicaciones biomédicas.

Mapa de calor de las 834 soluciones evaluadas

Comparativa de soluciones

Frente de soluciones no-dominadas

Mejor solución
G29A36F1_SG